

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :

- Pengukuran tekanan darah pada Arteri Dorsalis Pedis kurang akurat dibandingkan pengukuran tekanan darah pada Arteri Radialis
- Pengukuran tekanan darah sistol **cara** auskultasi pada Arteri Brachialis bisa diperkirakan dari pengukuran tekanan darah sistol cara palpasi pada Arteri Dorsalis Pedis dengan menambahkan 10 mmHg.

Saran:

- Jadi pengukuran tekanan darah pada Arteri Dorsalis Pedis dapat digunakan sebagai alternatif pengukuran tekanan darah dalam keadaan darurat walaupun hanya didapat tekanan sistolnya saja.